



Igångsättningsbeslut

Landstingsservice

Januari 2017

Ärendenummer
2017/00109
Dokumentnummer
2017/00109-1



Innehållsförteckning

1 Begärda igångsättningsbeslut - MT	3
1.3 DAC Turbin- och vinkelstycksautoklav, tandvården.....	3
1.3.1 Förutsättningar	3
1.3.2 Projektbeskrivning	3
1.3.3 Bakgrund och syfte till investering	3
1.3.4 Investeringsutgift	3
1.3.5 Driftkostnad	3
1.3.6 Konsekvensbeskrivning – MT	3
1.3.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet	3

1 Begärda igångsättningsbeslut - MT

Nedan beskrivs de medicintekniska investeringar överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

1.3 DAC Turbin- och vinkelstycksautoklav, tandvården

1.3.1 Förutsättningar

Behov av reinvestering av autoklaver för vinkelstycke i tandvården. Utbytesplan som sträcker sig över 4 år, 2017 – 2021.

1.3.2 Projektbeskrivning

Ramavtal för reinvestering under 4 år. Objekt nr 100584, 100597, 100650, 100653, 100655, 100661 i investeringsplanen för 2017 – 2021.

1.3.3 Bakgrund och syfte till investering

Autoklaverna för vinkelstycken, DAC, utgör en central del i verksamheten och den beräknade livstiden ligger mellan 5-7år. Flertalet av autoklaverna är upphandlade 2009-2011 och kommer att behöva bytas ut de närmsta åren.

1.3.4 Investeringsutgift

Ca 1 200 000 kr. Ramavtal finns upphandlat på ca 20st DAC a' 60 000kr under 4år.

1.3.5 Driftkostnad

Oförändrad driftskostnad för verksamheten.

Oförändrad driftskostnad för MTA.

1.3.6 Konsekvensbeskrivning – MT

Ingen omedelbar konsekvens för MTA

1.3.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

Det är bara på enstaka större kliniker man har dubblerade utrustningar, därför blir konsekvenserna uteblivna behandlingar och därmed uteblivna intäkter vid längre stopp.