



Igångsättningsbeslut

Nämnden Primärvård och Tandvård

Ärende: 2017/01256

Dokument: 2017/01256-1



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1 Begärda igångsättningsbeslut - MT	3
1.1 Mobil utrustning för lustgasdestruktion	3
1.1.1 Förutsättningar Behov av nyinvestering av utrustning för lustgasdestruktion inom tandvården.	3
1.1.4 Investeringsutgift Ca 320 tkr per mobil enhet, totalsumman är beroende på hur många folktandvårdsmottagningar som skall ha möjlighet att använda lustgas	3
1.1.6 Konsekvensbeskrivning – MT	3
1.1.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet Se ovan 1.1.3	3
1.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar Syftet är att minimera utsläppet av lustgas.....	3
1.1.9 Byggnadspåverkan Ingen byggnadspåverkan	3



1 Begärda igångsättningsbeslut - MT

Nedan beskrivs de medicintekniska investeringar överstigande 500 tkr för vilka igångsättningsbeslut önskas erhållas.

1.1 Mobil utrustning för lustgasdestruktion

1.1.1 Förutsättningar

Behov av nyinvestering av utrustning för lustgasdestruktion inom tandvården.

1.1.2 Projektbeskrivning

Nyinvestering av utrustning för lustgasdestruktion på max 12 folktandvårdsmottagningar samt 3 på specialist- och sjukhustandvård.

1.1.3 Bakgrund och syfte till investering

Lustgas är en vanlig smärtlindring bland annat vid tandvård. Lustgas ger bra smärtlindring och har god avslappnande effekt. Lustgas försvinner också snabbt ur kroppen och användningen medför inga negativa biverkningar. Samtidigt är lustgas en stark växthusgas och utsläpp av lustgas skadar också ozonskiktet.

I syfte att minimera utsläppet av lustgas i atmosfären vill tandvården införa mobil utrustning för lustgasdestruktion på de kliniker som använder lustgas som smärtlindring.

Tandvården är sedan ett par år miljöcertifierade.

1.1.4 Investeringsutgift

Ca 320 tkr per mobil enhet, totalsumman är beroende på hur många folktandvårdsmottagningar som skall ha möjlighet att använda lustgas

1.1.5 Driftkostnad

Utrustningen har ingen driftkostnad utöver den elförbrukning och gas som används. Serviceavtal ca 12 tkr per år och utrustning, beslut om eventuellt serviceavtal tas vid garantins utgång år 3, driftkostnad MTA.

1.1.6 Konsekvensbeskrivning – MT

Ingen omedelbar konsekvens för MTA

1.1.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

Se ovan 1.1.3

1.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättringar

Syftet är att minimera utsläppet av lustgas

1.1.9 Byggnadspåverkan

Ingen byggnadspåverkan

