



Samverkansnämnden
Hjälpmiddelscenter
Annette Sander

2016-12-09

Ärendenummer: 2016/01163
Dokumentnummer:

Till samverkansnämnden

Motion angående automatisk sängtvätt

Sammanfattning

År 2015 rekonditionerade Hjälpmiddelscenter ca 12 000 hyreshjälpmedel. Vi har en 6 % - årlig ökning av hjälpmedel vilket kommer att innebära en högre siffra 2016. Rekonditioneringen sker i dags läget manuellt och de mest frekventa hjälpmedel som rekonditioneras är vårdsängar, madrasser, rullstolar, rollatorer, gåbord, lyftar, lyftselar och ventilatorer. Vi har under 2016 tillsammans med landstingshälsan, hygiensjuksköterskan och landstingservice genomfört riskanalyser och arbetsmiljöronder för att utreda hur vi håller våra krav utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, hygienperspektiv och patientsäkerhetsperspektiv.

Resultatet påvisade följande konsekvenser:

- Oacceptabel arbetsmiljösituation där vi har en för hög ljudnivå, ineffektivitet, en överfull rekondavdelning av orent gods.
- Verksamheten håller inte hygienkravet. I huvudsak står våra medarbetare och tvättar orena hjälpmedel med högtryckstvätt. Det ligger som en dimma i spolrummet och enligt hygiensköterskan skall det tvättas minst 10 minuter i 60 grader för att eliminera bakterier vilket är omöjligt att uppnå i dags läget.
- Risk för smittspridning eftersom vi inte uppnår effekten av att eliminera bakterier på våra hjälpmedel. Här finns det en risk att orena och smittade hjälpmedel når våra vårdtagare som ska åter ut som ett hyreshjälpmedel.

Med hänsyn av en förändrad demografi, ett ökat flöde av hjälpmedel, hållbarhetskrav att rekonditionera fler hjälpmedel utifrån ett miljöperspektiv och fler multiresistenta bakterier så har vi idag en verksamhet som inte klarar av att hantera detta på ett arbetsmiljömässigt, patientsäkert och effektivt sätt.

Samverkansnämnden tog beslut utifrån ett grundat underlag att investera i en kabinett-diskdesinfektor samt en ombyggnation för att separera orent – rent gods. Investeringen ligger i investeringsplan 2017 – 2021.

Kabinett-diskdesinfektor är framförallt lämpad för arbetsplatser där rengöringen av skrymmande hjälpmedel som idag sker manuellt- ett arbete som kräver stora personalinsatser.

Med en kabinett som sköter rengörings- och torkprocessen kan personal frigöras för övriga arbetsuppgifter, belastningsskador- och bullerskador minskas och förhindring av smittspridning.

I dags läget exkluderas våra sängar och övriga el-hjälpmedel pga. att elektroniken inte klarar av en kabinett-diskdesinfektor. Därav en viktig aspekt att belysa i framtida upphandlingsförfarandet att hjälpmedel där elektronik ingår ska klara av automatisk tvätthantering.

En automatisk sängtvätt för Blekingesjukhuset är en fråga för nämnden Blekingesjukhuset. Samverkansnämnden vill tydliggöra att vår kommande investering av en kabinetttdisk ersätter inte en automatisk sängtvätt.

Vår bedömning är att investering av kabinetten på Hjälpmedelscenter är relevant eftersom 2/3 av alla våra hjälpmedel som inte är utrustade med känslig elektronik kan i dags läget hanteras av en kabinetttdiskdesinfektor.

Förslag till beslut

Samverkansnämnden föreslå besluta

att anse motionen besvarad.

Karlskrona enligt ovan